



Todo Droga



Productos Químicos Industriales, Usos de Laboratorio
y Materia Prima para la Alimentación

PROTOCOLO DE ANÁLISIS

FORM:16

Rev.:3

CLIENTE: **DEPOSITO**

REMITO N°:.....

REMITO INT N°:0006 - 00003177

PRODUCTO:**KALFLEX -10**

LOTE o N°PARTIDA:17181

FECHA DE ELABORACIÓN:21../12../13..

FECHA DE ANÁLISIS:03../01../14..

PROPIEDADES EVALUADAS	UNIDADES	VALORES OBTENIDOS	VALOR ESPECIFICADO	MET. DE ANÁLISIS	NORMA REFERENCIA
Acidez	mgKOH/gm	0,04	0,07max.	T-G-27	ASTM D-1045
Pto de Inflamación	C°	208	206° min.	T-P-03	ASTM D-92
Color APHA	-----	13	35max.	T-G-30	ISO-6271
Aspecto	-----	Límpido	Límpido	Visual	-----
Densidad relat(25°C/25°C)	-----	0,982	0,985±0,005	T-G-19	ASTM D-4052
Ind. Refacción (25°C)	-----	1,485	1,485±0,005	T-G-03	ASTM D-1045

LABORATORIO

ANALISTA C CALIDAD
VARTECO QUÍMICA PUNTANA SA