

CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificat d'analyse / Certificate of analysis	COA0034453		
Numéro d'article / Item number	38552E	Lot / Batch	250161
Nom du produit / Product name	SOLAGUM AX	Libéré le / Released on	2025/04/07
Fabriqué le / Manufacturing date	2025/02/19	Expire le / Expiring date	2028/02/19

ANALYSES ANALYSIS	METHODES METHODS	RESULTATS RESULTS	SPECIFICATIONS MINIMALE / MAXIMALE
ASPECT POUDRE BLANCHE A JAUNATRE WHITE TO YELLOWISH POWDER APPEARANCE	VISUEL	Conforme	Conformité Analyse / Analysis Compliant
PH 1% 1% pH	NF EN 1262	7.4	5.0 - 7.5
VISCOSITE 1% 1% VISCOSITY	S 52 417 B	535 mPa.s	400 - 600 mPa.s
GERMES AEROBIES TOTAUX ≤ 500 UFC/g TOTAL AEROBIC GERMS ≤ 500 UFC/g	ISO 4833	Conforme	Conformité Analyse / Analysis Compliant
LEVURES ET MOISSURES ≤ 100 UFC/g YEASTS AND MOULDS ≤ 100 CFU/g	ISO 6611	Conforme	Conformité Analyse / Analysis Compliant
ESCHERICHIA COLI-(abs/g) ESCHERICHIA COLI - abs/g	ISO 7251	Conforme	Conformité Analyse / Analysis Compliant
SALMONELLES-abs/25g SALMONELLA - abs/25g	NF EN ISO 6579	Conforme	Conformité Analyse / Analysis Compliant
GRAM NEGATIF (abs/g) GRAM NEGATIVES (abs/g)	NF EN ISO 18415	Conforme	Conformité Analyse / Analysis Compliant
CANDIDA ALBICANS_abs/g CANDIDA ALBICANS_abs/g	NF EN ISO 18416	Conforme	Conformité Analyse / Analysis Compliant
PSEUDOMONAS AERUGINOSA_abs/g PSEUDOMONAS AERUGINOSA_abs/g	NF EN ISO 22717	Conforme	Conformité Analyse / Analysis Compliant
STAPHYLOCOCCUS AUREUS-abs/g STAPHYLOCOCCUS AUREUS-abs/g	NF EN ISO 22718	Conforme	Conformité Analyse / Analysis Compliant

Laure Cavaillès
127 Chemin de la poudrerie
81100 CASTRES FRANCE
QC Laboratory Manager

Libéré par / Released by : Anaïs Teyssendier de la Serve
QC Laboratory Manager



REMARQUES : - Ce certificat est établi sous la responsabilité de notre laboratoire de contrôle qualité.
REMARKS : - This certificate is established under the responsibility of our quality control laboratory.
IMPORTANT : Ce certificat est destiné à votre laboratoire de contrôle.
IMPORTANT : Certificate for the use of your Quality control laboratory.